

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 25/6/2021 của Giám đốc bệnh viện)

| STT | Phân nhóm | Danh mục hàng hóa | Hãng, nước SX | Đơn vị | Dự trữ | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--------|--------|---|
| 1 | 5 | Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Vĩ rút SARS-CoV-2 | Medicon/ Việt Nam | Test | 30.000 | Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-COV-2 trong mẫu ngoáy dịch ty hầu của người. Cặp kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên SARS-COV-2 (Protein N), cặp kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên SARS-COV-2 (Protein S), kháng thể đề kháng IgG chuột. Độ nhạy tương quan $\geq 99,3\%$; Độ đặc hiệu tương quan $\geq 99,75\%$; độ chính xác tương quan $\geq 99,02\%$; không phản ứng chéo với Influenza A, Influenza B, Enterovirus. Không bị gây nhiễu bởi các chất sau ở nồng độ tương ứng: Mucin 0,5%, Ricola 1,5mg/ml, Tamiflu 5mg/ml. Đọc kết quả tại 15 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO, Đóng gói đa 25 test/hộp. |
| Tổng cộng: 01 khoản | | | | | | |